

SỞ Y TẾ YÊN BÁI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 315/BVĐK-VTTTBYT
V/v: Mời báo giá linh kiện, vật tư
tiêu hao

Yên Bái, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, phân phối linh kiện, vật tư tiêu hao

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế.

Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch mua sắm linh kiện, vật tư tiêu hao (theo phụ lục chi tiết đính kèm) thay thế cho các máy xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái kính mời các đơn vị kinh doanh, phân phối các mặt hàng trên gửi báo giá (đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái) về: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trước ngày 27 tháng 6 năm 2023 để tiến hành các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Hoàng Duy Khánh, Số điện thoại 0962.743.666, email: dskhanhbvt@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Trần Lan Anh

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 345 /BVĐK-VTTTBYT ngày 16/6/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng đèn Halogen	Điện áp: 12V; Công suất: 20W Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	20
2	Điện cực Clo	Cầu tạo bằng màng rắn (muối amoni loại 4). Tuổi thọ ≥ 20.000 mẫu Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	4
3	Điện cực Kali	Cầu tạo bằng màng ether crown. Tuổi thọ ≥ 20.000 mẫu Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	4
4	Điện cực Natri	Cầu tạo bằng màng ether crown. Tuổi thọ ≥ 20.000 mẫu Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	4
5	Kim hút bệnh phẩm	Dùng để hút mẫu bệnh phẩm Chiều dài $\geq 19\text{cm}$ Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2
6	Kim hút bệnh phẩm	Dùng để hút mẫu bệnh phẩm Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm huyết học Beckman Coulter UniCel DxH600	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2
7	Kim hút hóa chất	Dùng để hút hóa chất Tương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2

Handwritten signature

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng
8	Ống dây bơm	Chiều dài ≥ 10 cm Trương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	4
9	Van điện từ	Dùng để hút hóa chất Trương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2
10	Xi lanh hút hóa chất	Dùng để hút hóa chất Trương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	4
11	Xi lanh hút mẫu	Dùng để hút mẫu bệnh phẩm Trương thích và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1
Tổng khoản: 11 khoản					