

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dịch vụ Hiệu chuẩn, thử nghiệm các trang thiết bị phòng xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Hiệu chuẩn, thử nghiệm các trang thiết bị phòng xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: dskhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 11 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhvienbai.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hiệu chuẩn bể ấm 37°C	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 37°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Hiệu chuẩn cân phân tích	Hiệu chuẩn khối lượng tại 11 giá trị: 100mg; 200mg; 500mg; 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Thử nghiệm tủ hút vô trùng	1. Thử nghiệm tốc độ dòng khí 2. Thử nghiệm rò rỉ HEPA 3. Thử nghiệm hình thái dòng khí 4. Thử nghiệm độ ồn 5. Thử nghiệm độ rọi bề mặt làm việc 6. Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím	2	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Thử nghiệm nồi hấp tiết trùng 40 lít	1. Thử nghiệm phân bố nhiệt độ tại 121°C 2. Thử nghiệm thời gian: 20 phút 3. Thử nghiệm đồng hồ áp suất: 125kPa 4. Thử nghiệm với chỉ thị hóa học và sinh học	2	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Hiệu chuẩn máy ly tâm	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay tại 7 giá trị: 500rpm; 1000rpm; 1500rpm; 2000rpm; 2500rpm; 3000rpm; 3500rpm	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Hiệu chuẩn máy ly tâm đa năng	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay tại 11 giá trị: 500rpm; 1000rpm; 1500rpm; 2000rpm; 2500rpm; 3000rpm; 3500rpm; 4000rpm; 4500rpm; 5000rpm; 5500rpm.	4	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
7	Hiệu chuẩn máy nuôi cấy khuẩn lạc kháng sinh đồ	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 60°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Hiệu chuẩn micropipet (1 μ l – 10 μ l)	Hiệu chuẩn dung tích tại 3 giá trị: 1 μ l; 5 μ l; 10 μ l	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
9	Hiệu chuẩn micropipet (10 μ l – 100 μ l)	Hiệu chuẩn dung tích tại 3 giá trị: 10 μ l; 50 μ l; 100 μ l	4	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
10	Hiệu chuẩn micropipet (100 μ l – 1000 μ l)	Hiệu chuẩn dung tích tại 3 giá trị: 100 μ l; 500 μ l; 1000 μ l	4	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
11	Hiệu chuẩn micropipet 145 μ l	Hiệu chuẩn dung tích tại giá trị 145 μ l	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
12	Hiệu chuẩn micropipet 280 μ l	Hiệu chuẩn dung tích tại giá trị 280 μ l	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
13	Hiệu chuẩn pipet thủy tinh 1ml – 5 ml	Hiệu chuẩn dung tích tại 3 giá trị: 1ml; 2,5ml; 5ml	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
14	Hiệu chuẩn tủ ấm CO2	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại mức nhiệt 37°C	2	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
15	Hiệu chuẩn tủ ấm CO2	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại mức nhiệt 37°C, hiệu chuẩn CO2 tại mức 5%	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
16	Thử nghiệm tủ an toàn sinh học cấp II	1. Thử nghiệm tốc độ dòng khí 2. Thử nghiệm rò rỉ HEPA 3. Thử nghiệm hình thái dòng khí 4. Thử nghiệm độ ồn 5. Thử nghiệm độ rọi bề mặt làm việc 6. Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
17	Hiệu chuẩn tủ lạnh	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 4 giá trị: 2°C; 4°C; 6°C; 8°C	6	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
18	Hiệu chuẩn tủ lạnh (Tủ bảo quản dược-sinh phẩm)	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 4 giá trị: 2°C; 4°C; 6°C; 8°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Hiệu chuẩn tủ lạnh (Tủ bảo quản dược - sinh phẩm)	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại mức 4°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
20	Hiệu chuẩn tủ lạnh âm (tủ âm 40°C)	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 2 giá trị: -25°C và -20°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
21	Hiệu chuẩn tủ lạnh âm (tủ âm 40°C)	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại -30°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
22	Hiệu chuẩn tủ lạnh âm sâu - 86°C (642 lít)	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 2 giá trị: -70°C và -75°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
23	Hiệu chuẩn tủ lạnh sâu 250L	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại -32°C	1	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
24	Hiệu chuẩn tủ lạnh trữ máu	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 4°C	2	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
25	Hiệu chuẩn tủ sấy 250°C, 200L	Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 170°C	2	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Báo giá dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị, dụng cụ theo danh mục trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ khác liên quan.

- Dịch vụ Hiệu chuẩn, thử nghiệm các trang thiết bị phòng xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC 




Trần Lan Anh