

SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 850/QĐ-BVĐK

Lào Cai, ngày 18 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Yêu cầu báo giá: Bảo dưỡng Máy tán sỏi Laser
của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai năm 2026**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 1 TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Bảo dưỡng Máy tán sỏi Laser của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai năm 2026 (Có Yêu cầu báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Thiết bị y tế, Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ Chuyên gia đấu thầu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.



Trần Lan Anh

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 850 /QĐ-BVĐK ngày 18/6/2026
của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai)

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Bảo dưỡng Máy tán sỏi Laser của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai năm 2026*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ: tổ dân phố Tiên Phong, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0962.743.666
- Địa chỉ email: dskhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ:

Phòng Thiết bị y tế – Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai,

Địa chỉ: tổ dân phố Tiên Phong, Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 09h30 ngày 24 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bảo dưỡng Máy tán sỏi Laser của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai năm 2026	Bảo dưỡng Máy tán sỏi Laser (Model: ACU-H2G, Số seri: H120322, Xuất xứ: Accutech/ Trung Quốc), bao gồm: - Bảo dưỡng định kỳ 04 lần/năm. - Kiểm tra điều kiện hoạt động: cáp điện, nguồn điện, tiếp đất, lõi lọc, các kết nối, tiếp điểm - Kiểm tra tổn thương sợi quang đang sử dụng, vệ sinh làm sạch sợi quang - Vệ sinh máy + Vệ sinh thân máy: bộ tản nhiệt đồng, máy bơm, quạt gió + Vệ sinh đầu máy: màn hình, bo mạch chính, các bảng mạch + Vệ sinh mặt trong, mặt ngoài, bàn đạp + Thay nước cất - Kiểm tra vệ sinh bên trong bộ phát + Laser rod + Laser cavity + Các kính phản xạ + Stepmotor - Kiểm tra máy hoạt động: bàn đạp, interlock (khóa liên động), ánh sáng dẫn đường, nút nhấn trên màn hình cảm ứng, màn trập, preburn A, preburn B, nút Laser stop - Kiểm tra tiêu điểm laser, hiệu chỉnh tiêu điểm ở giữa - Điều chỉnh thông số năng lượng phản hồi trên công suất laser đầu ra	1	Gói	Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai	30/6/2027



- Yêu cầu khác:

+ Báo giá trọn gói dịch vụ Bảo dưỡng Máy tán sỏi Laser của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai năm 2026 theo danh mục trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ liên quan khác.

+ Đơn vị báo giá là đơn vị được ủy quyền/được chỉ định là đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật của hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu của Máy tán sỏi Laser (Hãng Accutech).